

Протокол анализа воды № 5-з-Р/2016 от 18.01.2016

1.	Наименование объекта	Вода природная (вода подземного источника водоснабжения)
2.	Адрес	д.Арсеньеве Михайловского р-на, скважина № 334/61125200 (глубина – 93 м)
3.	Дата и время отбора пробы	11.01.2016 г. 10час.35мин.
4.	Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.01.2016 г. 12час.50мин.
5.	Должность, Ф.И.О. лица, отобравшего пробу	представитель Щетининского с/п
6.	Отбор, транспортировка, консервация и хранение пробы произведены согласно:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, НД на метод испытаний
7.	Акт приемки проб воды	№ 1-з от 11.01.2016
8.	Способ консервации	без консервации
9.	Отбор пробы произведен	по договору
10.	Цель исследования	Соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009); СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм. № 1,2,3)

Методики:

- «Суммарная активность альфа- и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». Москва, ФГУП «ВИМС», 2009. Свидетельство об аттестации методики радиационного контроля № 40090. 9А 605 от 15.01.2009 г., ФА РФ «Ростехрегулирование», ФГУП «ВНИИФТРИ».
- Методика экспрессного измерения объемной активности ^{222}Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА. Утверждена ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ 10.07.98.

Аппаратура:

- Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000, № 1101. Свидетельство о государственной метрологической поверке № 42030. 5Б 153; ФГУП ВНИИФТРИ. Действительно до 24.02.16 г.
- Радиометр радона портативный РРА-01М-01, № 124710. Свидетельство о государственной метрологической поверке № 45540. 5Б 171; ФГУП ВНИИФТРИ. Действительно до 20.02.16 г.

Радиологические испытания:

Масса счетного образца (из 1,0 кг) – 0,26080 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования (Бк/кг)	Предварительная оценка соответствия (нормативные ограничения)*
1.	Удельная суммарная альфа-активность $A_{\Sigma\alpha} \pm \Delta\alpha$	$0,108 \pm 0,030$	$A_{\Sigma\alpha} + \Delta\alpha \leq 0,20$
2.	Удельная суммарная бета-активность $A_{\Sigma\beta} \pm \Delta\beta$	$0,088 \pm 0,016$	$A_{\Sigma\beta} + \Delta\beta \leq 1,0$
3.	Удельная активность ^{222}Rn	$< 6,0$	$A_{\text{Rn}} + \Delta_{\text{Rn}} \leq 60,0$

*п.5.3.5. СанПиН 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009); п.3.6. СанПиН 2.1.4.1074-01(изм.№ 1,2,3);

Исследования проводил и составил протокол инженер-лаборант
Дата окончания исследования: 14.01.16 г

И.Н.Чайникова

Заключение: согласно п. 5.3.5. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009); п.3.6. СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изм.№ 1,2,3) вода в пробе соответствует требованиям радиационной безопасности.

Начальник химико-бактериологической лаборатории
МП «Водоканал города Рязани»

Н.С.Антипова



Примечание: 1. Полное или частичное копирование протокола без согласия лаборатории запрещено.
2. Результаты анализа относятся к части пробы, представленной на анализ.